

Finger Pulse Oximeter

フィンガー

パルス

オキシメータ

Model PC-60B1

医療機器認証番号：229ALBZX00028000

違い歴然！



原寸大

フィンガー パルス オキシメータ PC-60B1
PN：PC00033141
JANコード：4582330870851

- JIS規格 (IP22) 適応

- より低価格を実現

標準価格 **¥9,850** (税込)

- より使いやすい構造


- 軽量、コンパクト

- オートオン/オフ電源

- メニュー画面にて任意にアラーム設定が可能

SpO2 alm Lo	85
PR alm Hi	135
PR alm Lo	50
Save,exit menu	
Restore default	

- 画面はプレシスグラフと測定値の表示方向が切り変わる



- 30時間連続使用可能な単4アルカリ乾電池を採用

仕様	
測定項目	SpO ₂ (血中酸素飽和度)、PR (脈拍数)、PI (還流指数)
SpO ₂ レンジ	35% ~ 99%
	アラーム初期設定値 (Low) 85%、85~99%設定可
PRレンジ	30bpm ~ 240bpm
	アラーム初期設定値 (High) 120bpm 設定範囲：100~240bpm
	アラーム初期設定値 (Low) 50bpm 設定範囲：30~60bpm
PIレンジ	0% ~ 20%
寸法	57×32×29mm
重量	49g
標準構成	本体 収納袋 ストラップ 単4アルカリ乾電池2本 (テスト用) 添付文書 品質保証書

● 外観、仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

■ 特約販売業者



製造販売業者

カフベンテック株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-42-5 ポア本郷ビル 8F
TEL: 03-5805-5835 FAX: 03-5805-5837
<https://www.c-ventec.jp>

札幌出張所 TEL: 011-688-9362/FAX: 011-688-9363
仙台出張所 TEL: 022-399-7434
東京支店 TEL: 03-5805-5835/FAX: 03-5805-5837
名古屋営業所 TEL: 052-325-6528/FAX: 052-325-6560
大阪支店 TEL: 06-6940-0800/FAX: 06-6940-0810
岡山出張所 TEL: 086-259-3498/FAX: 086-259-3499
福岡支店 TEL: 092-409-2056/FAX: 092-409-2057

製造業者

Shenzhen Creative Industry Co., Ltd